



**BIURO EKSPERTYZ  
I ROZWOJU GOSPODARCZEGO**  
Sp. z o.o.  
ul. Kokosowa 15/2, 65-120 Zielona Góra  
tel. 504 101 932, tel. 503 028 386  
NIP 973102212, REGON 141128576

## Uczestnicy postępowania

### SPZOZ- 1961, 1978/ AS/18

**Dot.: postępowania na zamówienie publiczne znak: AS/ZP/03/18, dostawa sprzętu i aparatury medycznej dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.**

Biuro Ekspertyz i Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o. w nawiązaniu do Umowy z dnia 10.04.2018 r. na realizację zadania związanego z przeprowadzeniem przedmiotowego postępowania przetargowego w imieniu Zamawiającego tj. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulęcinie, działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz.1579 z późn. zm.) informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę : **sprzętu i aparatury medycznej dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. znak: AS/ZP/03/18** w dniu: od 23-05-2018 r. wpłynęło zapytania dotyczące wyjaśnienia zapisu w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W trybie art. 38 ust. 2 i 4 i 12a ust.2 pkt.1 ustawy Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

Firma 1.

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny Regulacja wielkości bramki Dopplerowskiej 1,0 mm - 15,0 mm?

**Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza.**

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny z możliwością rozbudowy o głowicę sektorową pediatryczną posiadającą kąt skanowania 38 stopni, ilością elementów 96 oraz szerszym niż wymagany zakresie częstotliwości 3-14MHz?

**Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza.**

Firma 2.

**ZAŁ. 2B/2 –Zadanie nr.2 – Kardiomonitor z pomiarem zaawansowanych funkcji życiowych – 7 szt.**

Pytanie 1

Dot. Pkt. 11 – Czy Zamawiający zaakceptuje kardiomonitor wysokiej klasy z pamięcią 48 godzin trendów?

**Odpowiadamy: Zamawiający utrzymuje SIWZ.**

Pytanie 2

Dot. Pkt. 19 – Czy Zamawiający zaakceptuje moduł transportowy, który w transporcie umożliwi monitorowanie EKG w pełnym zakresie, SpO2, ciśnienia metodą nieinwazyjną, ciśnienia metodą inwazyjną (x2), temperatury (x1)? Monitorowanie podwójnej temperatury możliwe będzie na stanowisku stacjonarym.

**Odpowiadamy: Zamawiający utrzymuje SIWZ.**

Pytanie 3

Czy Zamawiający potwierdza, iż dodatkowe moduły tj. 3-ci i 4-ty kanał IBP, CO2 oraz rzut serca wymagane są dla 3 z 7 kardiomonitorów?

**Odpowiadamy: Zgodnie z SIWZ w zakresie dodatkowych modułów tj. 3-ci i 4-ty kanał IBP, CO2. Zamawiający dopuszcza jako opcję rzut serca wymagany dla 3 z 7 kardiomonitorów.**

W związku z udzielonymi odpowiedziami i zmianą treści SIWZ na podstawie art.12a ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przedłuża termin składania ofert **na dzień 08 czerwiec 2018 roku godz. 10:00**. Otwarcie ofert w tym samym dniu o godzinie 12:00.

Równocześnie informujemy, iż wadium należy wnieść zgodnie z SIWZ do godziny 10:00 dnia 08-06-2018 r. Wobec powyższego, na podstawie art.38 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych, zmianie ulega również treść pkt. 12.1.1, 16.1., 16.3, 17.1 SIWZ.



Fundusze  
Europejskie  
Infrastruktura i Środowisko


Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



Udzielone przez Zamawiającego wyjaśnienia lub zmiany stają się częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i są wiążące dla wszystkich Wykonawców.  
**POZOSTAŁE USTALENIA SIWZ POZOSTAJĄ BEZ ZMIAN.**

Z poważaniem.

Biurowo Ekspertyz i Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o.

  
Specjalista ds. rozliczeń i wdrażania  
Sylwia Kowalczyk-Przymusińska